



PZN 18094332

Hilfsmittelnummer (beantragt)



+ Stabile Ausführung

Coremox

- + Optional mit Eimer zu verwenden
- + Ermöglicht ein leichteres Aufstehen
- + Inkl. Spritzschutz

# Toilettensitzgestell

Noah









# Noah

1. Einleitung	3
2. Produktbeschreibung	2
3. Anwendungshinweise	3
4. Indikation	4
5. Kontraindikation	4
6. Sicherheit	4
7. Garantieinformationen	4
8. Konformität	5
9. Lieferumfang	5
10. Reinigungs- / Desinfektionshinweise	5
11. Wiedereinsatz	_
12. Wartungshinweise	5
13. Montageanleitung	
14. Technische Daten	10
15. Symbole am Produkt	11



Noah

PZN 18094332 / Gebrauchsanweisung (Ausgabe: B/112022)







#### 1. Einleitung

Sehr geehrte Anwenderin, sehr geehrter Anwender, wir freuen uns, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt entschieden haben. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung und befolgen Sie die Sicherheitshinweise, um eine sichere Verwendung des Produktes zu gewährleisten.

Sollten Sie die gedruckte Version aufgrund der Schriftgröße nicht lesen können, haben Sie die Möglichkeit sich dieses Dokument als PDF-Version auf unserer Homepage **www.unizell.de/downloads** herunterzuladen. Das PDF-Dokument können Sie entsprechend der benötigen Größe auf dem Bildschirm vergrößern. Auf Anfrage erhalten Sie ein geschütztes Word-Dokument, um die Vorlese-Funktion bei MS Office nutzen zu können.

#### 2. Produktbeschreibung

Noah ist ein Toilettensitzgestell zum Aufsetzen auf die vorhandene Toilette und passt über handelsübliche WC-Becken. Das Toilettensitzgestell erhöht die Sitzhöhe der Toilette und ermöglicht damit eine bessere Sitzposition. Das Gestell besteht aus einem höhenverstellbaren Rohrrahmen mit vier rutschsicheren Füßen, Armlehnen, sowie einem stabilen Toilettensitz mit Deckel. Ein Spritzschutz unter der Sitzfläche sorgt für die nötige Hygiene am WC.

Durch die Armlehnen gibt das Toilettensitzgestell beim Aufstehen und Hinsetzen zusätzlich Sicherheit. Toilettensitzgestelle werden vorwiegend eingesetzt, wenn eine feste Montage von Stützgriffen nicht möglich ist (z.B. fehlende Tragfähigkeit). Durch den mitgelieferten Eimer und WC-Deckel, kann das Toilettensitzgestell auch als Toilettenstuhl ohne vorhandenes WC genutzt werden.

Wird der Eimer nicht genutzt, kann dieser platzsparend zusammengefaltet werden.

#### 3. Anwendungshinweise

Dieses Toilettensitzgestell dient als Hilfsmittel bei der Eigenhygiene und dem Toilettengang. Durch die individuell einstellbare Erhöhung bietet das Produkt zusätzliche Unterstützung beim Hinsetzen auf bzw. Aufstehen von der Toilette. Die Armlehnen geben zusätzlich Sicherheit und Stabilität. Das Produkt ist z.B. für körperlich geschwächte Menschen, mit Gleichgewichtsproblemen im Stand, geeignet. Je nach Einschränkung (angemessene Beweglichkeit und Muskelkraft) des Patienten, sollte die Benutzung nicht ohne eine Begleitperson erfolgen.

Bitte reinigen Sie das Produkt gründlich vor der ersten Nutzung. Beachten Sie hierzu bitte die Reinigungsund Desinfektionshinweise im Kapitel 10.



Noah

PZN 18094332 / Gebrauchsanweisung (Ausgabe: B/112022 )





#### 4. Indikation

Für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen (z. B.: Beine und/oder Hüften) oder Gleichgewichtsprobleme beim Aufstehen oder Hinsetzen aufgrund vorübergehender oder dauerhafter Behinderungen.

#### 5. Kontraindikation

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch dieses Produktes und unter Beachtung der Anwendungshinweise sind keine Gegenanzeigen bekannt.



#### 6. Sicherheit

Bei Einhaltung der bestimmungsgemäßen Verwendung geht von der Benutzung des Toilettensitzgestells keine Gefahr aus.

- Verwenden Sie das Toilettensitzgestell nur in technisch einwandfreiem Zustand!
- Es ist untersagt Veränderungen an dem Toilettensitzgestell vorzunehmen!
- Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass die verstellbaren Beine fest eingerastet sind.
- Prüfen Sie vor jedem Gebrauch den einwandfreien Zustand der Standbeine und Gummifüße. Defekte Gummifüße müssen unverzüglich erneuert werden.
- Prüfen Sie vor Gebrauch, dass eine gleichmäßige Höhe der vier Beine eingestellt ist. Achten Sie darauf, dass immer alle vier Füße fest auf dem Boden stehen.
- Bei der Nutzung des Toilettensitzgestells NICHT zu stark nach vorne oder hinten lehnen, um ein Kippen zu vermeiden!
- Belasten Sie die Armlehnen beim Hinsetzen und Aufstehen nicht einseitig, um ein seitliches Kippen zu vermeiden!
- Der Deckel darf im geöffneten Zustand nicht als Rückenlehne verwendet werden!
- Der Deckel darf bei geschlossenem Zustand nicht belastet werden (z. B. durch Sitzen)!
- · Nicht als Sportgerät oder Steighilfe verwenden!
- · Nicht auf das Produkt stellen!
- Kinder dürfen den Toilettenstützgestell nicht unbeaufsichtigt anwenden!
- Beachten Sie die zulässige Belastbarkeit von 135 kg.
- Bei einem ernsthaften Vorfall mit dem Produkt informieren Sie bitte den Hersteller und die zuständige Behörde in Ihrem Land.

#### 7. Garantieinformationen

Wir gewähren für das Produkt eine Herstellergarantie gemäß unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen für das entsprechende Land. Garantieansprüche können nur über den Händler geltend gemacht werden, von dem das Produkt bezogen wurde.

Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aufgrund von unsachgemäßem Gebrauch:

- · Nichteinhaltung der Gebrauchsanweisung
- falsche Verwendung und Handhabung
- normalem Verschleiß
- falscher Montage oder Einrichtung durch den Käufer oder einen Dritten
- technischen Änderungen
- unbefugten Änderungen bzw. Einsatz nicht geeigneter Ersatzteile



Noah

PZN 18094332 / Gebrauchsanweisung (Ausgabe: B/112022)





#### 8. Konformität

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Medizinprodukt der Klasse 1 gemäß Regel 1 des Anhangs VIII der EU-Verordnung 2017/745 (MDR) über Medizinprodukte. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Sicherheitsund Leistungsanforderungen gemäß Anhang I der EU-Verordnung 2017/745 (MDR) über Medizinprodukte.

#### 9. Lieferumfang

Prüfen Sie den Inhalt der Verpackung. Bei erkennbaren Mängeln, oder fehlenden Teilen setzen Sie sich bitte mit Ihrem zuständigen Fachhandel in Verbindung. Der Lieferumfang beinhaltet:

1 faltbares Sitzgestell

1 Verbindungsstange

1 Querstrebe hinten (U-Form)

1 Toilettenbrille mit Deckel

1 Eimer mit Deckel

1 Spritzschutz

1 Eimeraufnahmen

4 Beine

1 Gebrauchsanweisung

#### 10. Reinigungs-/Desinfektionshinweise

Für die Reinigung ist ein milder Haushaltsreiniger zu verwenden. Eine anschließende Desinfektion muss mit einem alkoholfreien Desinfektionsmittel durchgeführt werden.

#### 11. Wiedereinsatz

Dieses Produkt ist für die wiederholte Verwendung geeignet.

Vor jedem Wiedereinsatz ist das Toilettensitzgestell einer kompletten Prüfung zu unterziehen. Eine Reinigung und Desinfektion (siehe Punkt 10) ist durchzuführen.

Die zu erwartende Lebensdauer des Toilettensitzgestells beträgt bei bestimmungsgemäßem Gebrauch und Einhaltung der Sicherheits- und Pflegehinweise bis zu 5 Jahre.

Das Produkt darf nicht wiederholt verwendet werden, wenn es beschädigt ist oder Funktionsstörungen vorliegen.

#### 12. Wartungshinweise

Für den Toilettensitzgestell ist keine Wartung erforderlich, wenn die oben aufgeführten Reinigungs- und Desinfektionsanweisungen beachtet werden.

#### 13. Montageanleitung

Zur Montage benötigen Sie kein zusätzliches Werkzeug.



Noah

PZN 18094332 / Gebrauchsanweisung (Ausgabe: B/112022)






**Abb.1:** Lieferumfang (siehe Punkt 9, Abbildungen ähnlich)



Abb. 2: Öffnen Sie das zusammengeklappte Sitzgestell wie auf dem Foto gezeigt.



**Abb. 3:** Befestigen Sie die gerade Verbindungsstange an der Vorderseite zwischen den Standbeinen. Hierbei müssen die Federstifte in den vorgesehenen Bohrungen hör- und fühlbar einrasten.





Noah

PZN 18094332 / Gebrauchsanweisung (Ausgabe: B/112022 )





**Abb. 4:** Befestigen Sie die Querstrebe (U-Form) an der hinteren Verbindungsstange, in den dafür vorgesehenen Aufnahmen. Auch hier müssen die Federstifte in den vorgesehenen Bohrungen hörund fühlbar einrasten.



**Abb. 5:** Drehen Sie das Gestelle um und befestigen Sie alle 4 Standbeiden in den Rohren. Achten Sie darauf, dass die Federstifte hör- und fühlbar einrasten. Achten Sie darauf, dass alle Beine gleich hoch eingestellt sind! **KIPPGEFAHR!** 



**Abb. 6:** Das Toilettensitzgestell ist 7-fach höhenverstellbar. Zum Verstellen drücken Sie den jeweiligen Stift und schieben Sie das Bein in die für Sie passende Position.

**ACHTUNG!** Auch hier müssen Sie darauf achten, dass alle 4 Beine dieselbe Höhe haben!

KIPPGEFAHR!





Noah

PZN 18094332 / Gebrauchsanweisung (Ausgabe: B/112022 )





**Abb. 7:** Die Eimeraufnahme wird einfach an den dafür vorgesehenen Schlitzen an der vorderen und hinteren Verbindungsstange befestigt.



**Abb. 8 + 9:** Klippen Sie erst die Toilettenbrille auf der hinteren Verbindungsstange fest, dann den WC-Deckel. **ACHTUNG!** Achten Sie hierbei auf Ihre Finger und Hände (Klemmgefahr!)







Noah

PZN 18094332 / Gebrauchsanweisung (Ausgabe: B/112022)





#### Abb. 10:

Das Toilettensitzgestell ist mittels Spritzschutzes mit der Toilettenschüssel kombinierbar. Unter Verwendung des Deckels, kann das Sitzgestell auch als Toilettenstuhl verwendet werden.









#### 14. Technische Daten

Abmessungen in cm					
Sitztiefe	39				
Sitzbreite	47				
Sitzhöhe	40-55				
Hohe Rückenlehne	60-75				
Armlehnenhöhe	60-75				
Gesamtlänge	55				
Gesamthöhe	60-75				
esamtbreite 51					
Ø innere Öffnung	20 x 25				
Gewicht in kg					
Produktgewicht	6,2				
Max. Benutzergewicht	135				
Materialien					
Gestell	Steel				
WC-Brille, Deckel, Eimer, Spritzschutz	PA/PP/TPR				
Fuß	Gummi				
Betriebsbedingungen					
Umgebungstemperatur	5°C - > 40°C				
Relative Luftfeuchtigkeit	25% - 95%				
Transport- und Lagerungsbedingungen					
Umgebungstemperatur	5°C - > 40°C				
Relative Luftfeuchtigkeit	25% - 95%				



Noah

PZN 18094332 / Gebrauchsanweisung (Ausgabe: B/112022)





#### 15. Symbole am Produkt

	Hersteller		Produktionsdatum
EC REP	zuständiger EU-Repräsentant		Importeur
MD	Medizinprodukt	CE	CE-Kennzeichnung
KG 135	Belastbarkeit	i	Gebrauchsanweisung lesen
LOT	Chargennummer	REF	Artikelnummer

Hersteller: Foshan Shunkangda Medical Tech Co. Ltd. Pingnan Industrial Area, Guicheng Nanhai District 528251 Foshan City, Guangdong, China

EC-Rep: SUNGO Europe B.V.

Olympisch Stadion 24, 1076DE Amsterdam, Netherlands

Importeur: unizell Medicare GmbH

Pohnsdorfer Str. 3, 23611 Bad Schwartau, Germany

CH-Rep: forma-complete GmbH

Bleichelistrasse 22, 9055 Bühler, Schweiz

CHE-140.749.240

Importeur: Praximedico AG

Bleichelistrasse 22, 9055 Bühler, Schweiz